


MP6*new*

Istruzioni e programmi per l'uso estetico





Fabbricante:

N&T System S.r.l.
via Beccaria, 54 - 47832 S. Clemente (RN) - ITALIA
tel. +39 0541 857468 - fax +39 0541 857653

Distribuito da:

Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta, copiata o divulgata con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta di **N&T System S.r.l.** Eventuali infrazioni saranno perseguite nei modi e nei tempi previsti dalla Legge. Tutti i nomi ed i marchi citati in questo manuale sono di proprietà dei rispettivi fabbricanti.

*Gentile Cliente,
ci congratuliamo con Lei per la scelta effettuata.*

*Ha ora a sua disposizione l'elettrostimolatore **MiaPharma MP6new**, un prodotto dalle grandi prestazioni, costruito secondo le più recenti e severe normative europee, ed in grado di garantire un elevato standard di qualità e di sicurezza.*

*La preghiamo di prestare molta attenzione a questo manuale leggendolo in ogni sua parte al fine di familiarizzare con l'elettrostimolatore **MiaPharma MP6new**.*

N&T System S.r.l.

Introduzione

Questo documento tecnico descrive le norme per il corretto uso e la manutenzione utente dell'elettrostimolatore **MiaPharma MP6new**. Il rispetto delle norme e delle indicazioni qui riportate consentirà di utilizzarlo nel modo più sicuro possibile.

Informazioni

Se dopo la lettura persistono dubbi o incertezze sulle operazioni da svolgere, occorrerà contattare il Rivenditore di fiducia o il Costruttore.

Indice generale




Descrizione	Pag.
Descrizione dei componenti	3
Garanzia	3
Indicazioni generali di sicurezza	3
Descrizione dell'elettrostimolatore	5
Caratteristiche tecniche	6
Messa in funzione	8
Quesiti	14
Normative di riferimento	16
Dichiarazione di conformità	16
Programma estetica	17
Programma sportivo	23
Programma Massaggi e Relax	34
Altri programmi	37

Contenuto della confezione

- Elettrostimolatore
- Alimentatore
- Kit fasce elastiche con elettrodi in pelle di daino
- Elettrodi autoadesivi per corpo (rettangolari), 3 confezioni
- Elettrodi autoadesivi per viso (rotondi), 2 confezioni
- Telecomando corredato di batterie ministilo AAA
- Cavi colorati in PVC per collegamento elettrodi (2mt)

Descrizione dei componenti

- 1 Display - utilizzato per il dialogo con l'operatore.
- 2 Tasto **"TIME START"** - utilizzato per l'avvio e l'arresto del trattamento.
- 3 Pannello di controllo **"CHANNEL"** - utilizzato per l'indicazione dei canali attivati.
- 4 Pannello di controllo **"CONNESSIONE"** - utilizzato per l'indicazione della corretta connessione dei canali attivati.
- 5 Display led a barre - utilizzato per visualizzare l'intensità del canale.
- 6 Tasto di regolazione intensità - utilizzato per regolare l'intensità del canale. Aumento dell'intensità.
- 7 Tasto di selezione del programma.
- 8 Ricevitore del telecomando.
- 9 Tasto di regolazione intensità - utilizzato per regolare l'intensità del canale. Diminuzione dell'intensità.
- 10 Connettore dei cavi trattamento.
- 11 Spinotto dell'alimentatore di corrente.
- 12 Interruttore di accensione **"0/1" (off/on)**.
- 13 Portafusibile con fusibile (tipo: 1,6A 5x20 F - rapido).



MP6new



Garanzia

Ogni **elettrostimolatore MiaPharma MP6new** è oggetto di accurati controlli e viene collaudato prima di essere messo in vendita.

Il consumatore è titolare dei diritti specificati dalla legislazione vigente, la garanzia non pregiudica tali diritti. La garanzia ha la durata di due anni dalla data di acquisto ed è estesa a tutte le parti, ad eccezione di quelle soggette ad usura. Decade qualora l'**elettrostimolatore MiaPharma MP6new** non venga utilizzato in modo appropriato o manomesso da personale non autorizzato. Le parti ritenute dal Costruttore difettose all'atto della fabbricazione verranno sostituite gratuitamente.

N&T System S.r.l.

Indicazioni generali di sicurezza

SIMBOLOGIA USATA

Attenzione

Prima dell'uso, leggere attentamente le istruzioni.

Informazioni

Richiama l'attenzione su importanti situazioni di carattere generale.

INDICAZIONI GENERALI

Di seguito sono riassunte alcune indicazioni generali di sicurezza:

- leggere attentamente le istruzioni d'uso prima di procedere alla messa in funzione dell'apparecchio;
- controllare, prima di ogni trattamento, l'integrità del cavo di alimentazione, dei cavetti di uscita e dei connettori;
- per l'alimentazione dell'apparecchio utilizzare esclusivamente l'alimentatore in dotazione;
- non effettuare mai alcuna operazione con le mani umide o bagnate;
- non immergere l'apparecchio in acqua per la pulizia, utilizzare un panno imbevuto di detergente neutro non abrasivo;

- consultare il paragrafo relativo ai programmi disponibili prima di utilizzare l'apparecchio;
- non appoggiare pesi, ed in particolare contenitori con liquido sull'apparecchio, non rovesciare liquidi sullo stesso;
- in caso di comportamento anomalo o di malfunzionamento, interrompere il trattamento e spegnere l'apparecchio. Rivolgersi al Centro Assistenza Autorizzato per qualsiasi tipo di intervento o controllo;
- non cercare di aprire o di riparare l'apparecchio. Rivolgersi al Centro Assistenza Autorizzato per qualsiasi tipo di intervento o controllo.

Attenzione

CONTROINDICAZIONI

L'elettrostimolatore **MiaPharma MP6new** è localmente controindicato:

- nelle zone con infiammazioni, ferite, lacerazioni muscolari, dermatiti, infezioni batteriche, eritemi, irritazioni;
- nelle regioni con ernie muscolari;
- nelle regioni con fratture ossee;
- nelle regioni con protesi e materiali di osteosintesi;
- nelle regioni con varici e generalmente con vasculopatie;
- nelle sedi di neoplasie;
- sulle mucose.

Attenzione

È vietato l'uso dell'elettrostimolatore **MiaPharma MP6new**:

- da parte di donne in stato di gravidanza;
- in soggetti portatori di pace maker o di defibrillatore impiantabile;
- in soggetti minori di quindici anni o anziani oltre i settantacinque anni;
- in soggetti portatori di protesi osteoarticolari oppure di osteosintesi metalliche;
- nelle gravi cardiopatie;
- in soggetti affetti da epilessia;
- in soggetti affetti da tumore osseo;

- quando sia in atto un'importante patologia sistemica, debilitante o dermatologica;
- quando siano alterati i nervi periferici;
- in caso di patologie muscolari e di gravi danni alle strutture osteoarticolari.

Non utilizzare l'elettrostimolatore **MiaPharma MP6new**:

- su pazienti che stiano eseguendo trattamenti con apparecchiature ad Alta Frequenza (HF) per non provocare scottature del paziente stesso e danneggiamento dell'elettrostimolatore;
- in connessione simultanea di un paziente ad un apparecchio di elettrochirurgia ad Alta Frequenza per non provocare scottature del paziente stesso e danneggiamento dell'elettrostimolatore.
- in prossimità di apparecchiature per terapia ad onde corte o a microonde, per non provocare instabilità nell'uscita dell'elettrostimolatore;
- su pazienti in stato di incoscienza o che non siano in grado di comunicare;
- con elettrodi posizionati sul seno carotideo e su un muscolo spastico.
- con elettrodi posizionati nella zona toracica per non aumentare il rischio di fibrillazione cardiaca.

Attenzione

Una densità di corrente superiore a 2 mA/cm² (valore efficace) può richiedere un'attenzione particolare da parte dell'utilizzatore. Utilizzare solo gli elettrodi in dotazione: elettrodi di dimensioni diverse e non originali potrebbero causare leggere ustioni.

Attenzione

Prima di toccare l'elettrostimolatore si consiglia di scaricare eventuale elettricità statica accumulata toccando, ad esempio, il pavimento con le mani o i piedi nudi oppure toccando un rubinetto o un termosifone.

Attenzione

Posizionare gli elettrodi solo in punti previsti dal programma selezionato altre posizioni possono essere pericolose per l'utilizzatore.

Attenzione

L'elettrostimolatore può essere utilizzato sia in ambienti ospedalieri che ambulatoriali o domiciliari.

Attenzione

Non è necessario personale qualificato per l'utilizzo del dispositivo per trattamenti estetici.

RAEE: Questo prodotto è conforme alla Direttiva 2002/96/CE.

Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta, pena le sanzioni previste dalla vigente legislazione sui rifiuti. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio dismesso al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio in cui è stato effettuato l'acquisto. I produttori e gli importatori ottemperano alla loro responsabilità per il riciclaggio, il trattamento e lo smaltimento ambientalmente compatibile sia direttamente sia partecipando ad un sistema collettivo.

Descrizione dell'elettrostimolatore

DESTINAZIONE D'USO

L'elettrostimolatore **MiaPharma MP6new** è destinato ad essere utilizzato **esclusivamente come coadiuvante** per i seguenti trattamenti:

- per la contrazione di un muscolo o di un gruppo di fibre muscolari;
- per un effetto di vasodilatazione;
- per la riduzione della sensibilità dolorifica come antalgico.

Attenzione

L'elettrostimolatore **MiaPharma MP6new** non deve esser utilizzato per:

- elettrodiagnosi;
- veicolazione di farmaci o di ioni medicinali;
- uso sperimentale;
- operazioni non comprese negli esempi di impiego riportati nel presente documento.

Qualsiasi impiego diverso da quelli descritti o l'utilizzo di prodotti non conformi alle specifiche **MiaPharma** è da ritenersi improprio.

CHE COS'È L'ELETTROSTIMOLAZIONE

L'elettrostimolazione è una tecnica per mezzo della quale è possibile provocare il passaggio di correnti elettriche attraverso il corpo, normalmente destinate ad eccitare e far contrarre un muscolo influenzandone la capacità di allenamento. L'elettrostimolazione produce la contrazione della muscolatura impiegando piccoli impulsi elettrici con le stesse modalità che avvengono naturalmente nel corpo umano. L'elettrostimolatore invia gli impulsi al muscolo attraverso elettrodi autoadesivi o in pelle di daino che vengono posizionati sul corpo in corrispondenza della zona da stimolare. I programmi di stimolazione regolano e controllano automaticamente l'alternanza di fasi di contrazione e di riposo che producono il potenziamento muscolare.

Inoltre l'elettrostimolazione, attivando il muscolo mediante la stimolazione, recupera in tempi rapidi il tono muscolare consentendo un ritorno alle attività

contro resistenza con le quali il muscolo può recuperare il trofismo.

La contrazione muscolare, spremendo il sangue venoso verso il cuore, drena liquidi che, in assenza di attività, "ristagnano" alimentando ulteriormente la sofferenza dei tessuti colpiti dal trauma.

L'attività di pompa muscolare indotta dalla contrazione elettrostimolata ridurrà gli effetti degli edemi da stasi venosa e linfatica, legati al trauma ed alla immobilizzazione, favorendo il recupero degli arti infortunati.


L'elettrostimolazione inoltre è in grado di sedare la trasmissione dolorosa, che dalle zone sofferenti viene inviata al cervello, "spegnendo" temporaneamente, grazie agli impulsi elettrici, le terminazioni nervose della zona interessata.

Caratteristiche tecniche e funzionali

Fabbricante: N&T System S.r.l.
via Beccaria, 54 - 47832 S. Clemente (RN) - ITALIA
tel. +39 0541 857468 - fax +39 0541 857653

IDENTIFICAZIONE

- A** Marchio Commerciale
- B** Marcatura CE.
- C** Attenzione, consultare la documentazione allegata.
- D** Tipologia delle parti applicate.
- E** Doppio isolamento.
- F** Parte applicata di tipo BF.
- G** Dati tecnici.
- H** Modello e N° di serie.
- I** Smaltimento rifiuti: trattare separatamente dai rifiuti domestici"



Nella parte posteriore dell'elettrostimolatore è apposta la targa identificativa con riportati i dati tecnici da comunicare al Centro di Assistenza Autorizzato, al Costruttore o al Rivenditore in caso di richiesta di informazioni o di assistenza tecnica.

i Informazioni

Il danneggiamento, la rimozione o l'alterazione della targa identificativa deve essere immediatamente segnalata al Costruttore, al Centro Assistenza Autorizzato o al Rivenditore. Non saranno possibili interventi in garanzia se la targa identificativa risulta danneggiata, rimossa o alterata.

MP6new



DATI TECNICI

ALIMENTAZIONE ELETTRICA	15	VDC
FREQUENZA	50	Hz
POTENZA	15	W
CLASSE APPARECCHIATURA	II	
TIPOLOGIA DELLE PARTI APPLICATE	BF	
FREQUENZA TENSIONE DI USCITA	1÷2500	Hz
TENSIONE MASSIMA DI USCITA	90	Vpp
FORMA D'ONDA DI USCITA	Imp. bifasica, Quadra, Sinusoidale, Imp. rettangolare	
DURATA IMPULSI	0.0004÷1	sec
CORRENTE DI USCITA	50	mA
REGOLAZIONE DI POTENZA	0÷100	%
TIMER	10÷60	minuti
PROGRAMMI PER USO ESTETICO	218	
GRADO DI PROTEZIONE	IPX0	

DIMENSIONI E PESI

ALTEZZA	70 mm	LARGHEZZA	320 mm
PROFONDITÀ	210 mm	PESO	2 kg

TRASPORTO ED IMMAGAZZINAMENTO

Per il trasporto e l'immagazzinamento dell'elettrostimolatore **MiaPharma MP6new** sono consigliate le seguenti condizioni ambientali:

TEMPERATURA [T]	0÷40 °C
UMIDITÀ [Ur]	25÷75 %

UTILIZZO

Per l'utilizzo dell'elettrostimolatore **MiaPharma MP6new** sono consigliate le seguenti condizioni ambientali:

TEMPERATURA [T]	18÷35 °C
UMIDITÀ [Ur]	20÷75 %


Messa in funzione



Estrarre l'apparecchio dall'imballo e collocarlo su un piano stabile, adatto a sostenerne il peso, in prossimità di una presa di corrente. Lo spazio attorno all'apparecchio non deve essere inferiore a 20 centimetri su tutti i lati.

Inserire il connettore **A** nella presa a 15 poli.

Dopo l'inserimento serrare le due viti di fissaggio **B**.



CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA

⚠ Attenzione

Non utilizzare spine multiple o riduttori di corrente. Collegare l'apparecchio ad una presa di corrente testata ed efficiente, dotata di messa a terra.

In caso di dubbio non collegare l'apparecchio.

Verificare che la tensione della rete di alimentazione corrisponda al voltaggio e alla frequenza indicati sulla targhetta dell'apparecchio (un'errata tensione di alimentazione può danneggiarlo senza conseguenze per l'utente). L'utilizzo dell'apparecchio non correttamente collegato alla rete elettrica può essere pericoloso.

Prima di inserire il cavetto di alimentazione nella presa di corrente assicurarsi che l'interruttore di accensione sia posizionato su "0" (zero). Inserire il cavetto di alimentazione nell'alloggiamento "11" vicino all'interruttore "12", facendo attenzione che sia inserito bene fino in fondo. Inserire la spina nella presa di corrente.





NOTA:

Di fianco all'interruttore "11" è presente il portafusibile "13" con fusibile (tipo: 1,6A 5x20 F - rapido).

Qualora, dopo aver acceso la macchina (interruttore in posizione "I"), la macchina non manifesti alcun segno di funzionamento, verificare l'integrità del fusibile procedendo come segue:

- 1) portare l'interruttore nello stato "0" zero;
- 2) utilizzando un giravite a taglio, facendo leva, estrarre il portafusibile e verificare che il fusibile **C** sia integro (il filo conduttore interno non deve essere interrotto).
- 3) riposizionare il portafusibile e riaccendere l'apparato.



MP6new

UTILIZZO CON ELETTRODI IN PELLE DI DAINO

Dimensioni:

Rettangolari: 80x120mm

Fasce conduttive: 600x50mm, 800x50mm, 1400x50mm

Ciabatte conduttrici: 110 cm²

Nel caso in cui si utilizzino gli elettrodi in daino di colore giallo-nero, bagnarli abbondantemente (fig.1) e strizzarli delicatamente in modo che non sgocciolino (fig.2). Posizionare le fasce elastiche sulla zona da trattare e del programma prescelto (fig.3), connettere le clips agli elettrodi (fig.4) ed inserirli con la parte gialla a contatto con la pelle, sotto le fasce elastiche (fig.5/6).

Attenzione

Utilizzare solamente elettrodi delle dimensioni indicate.

Attenzione



Dopo il trattamento pulire accuratamente gli elettrodi.

Informazioni


La parte di elettrodo in daino (lato giallo) deve essere a contatto con la pelle. Gli elettrodi in pelle di daino possono essere utilizzati per trattamenti su zone corporee più ampie e dove è possibile applicare le fasce elastiche. Essendo un elettrodo più ampio rispetto all'autoadesivo, è sufficiente utilizzare meno canali rispetto alle figure indicative.

Informazioni

Prima dell'utilizzo degli elettrodi verificarne l'integrità (strappi, rotture, ect.).



UTILIZZO CON ELETTRODI AUTOADESIVI



Dimensioni:
Circolari: min. Ø25mm. a max. Ø32mm.
Rettangolari: min. 45x45mm
a un max. 45x80mm

Gli elettrodi autoadesivi siliconici si applicano sulla pelle senza la necessità di inumidirli preventivamente. Detergere la zona di applicazione e asciugarla bene. Connettere le clips agli elettrodi e staccarli dall'apposita pellicola protettiva. Posizionare gli elettrodi autoadesivi nei punti desiderati a seconda della zona di applicazione e del programma prescelto, facendo attenzione che aderiscano bene alla pelle. A fine trattamento riportarli con cura sull'apposita pellicola protettiva.

Attenzione

Utilizzare solamente elettrodi delle dimensioni indicate.

Attenzione

Gli elettrodi devono essere utilizzati da una singola persona.


Informazioni

La parte di elettrodo autoadesiva deve essere a contatto con la pelle.

Informazioni

Prima dell'utilizzo degli elettrodi verificare che il gel superficiale non sia deteriorato. Verificare l'integrità degli elettrodi (strappi, rotture, ect.).

INIZIO DEL TRATTAMENTO



Selezionare il programma desiderato premendo il tasto **E +** oppure **E -**. Nel display **F** comparirà il numero del programma prescelto, nel display **G** la durata del trattamento. Premere il tasto "**TIME START**" **O** per dare inizio al trattamento. Nel pannello "**CHANNEL**" **H** si accenderanno gli indicatori led relativi ai canali attivati a seconda del programma prescelto. Nel pannello **I** a fianco si accenderanno gli indicatori led relativi alla corretta connessione degli elettrodi. Nel display led a barre **N** verrà segnalata l'intensità prescelta. Regolare l'intensità dei canali predisposti utilizzando, per ogni canale, i tasti **▲** (freccia in alto **L**) per aumentare l'intensità, **▼** (freccia in basso **M**) per diminuirla. In caso si voglia sospendere il trattamento premere il tasto "**TIME START**" **O**, il display lampeggiante **G** indicherà il tempo rimasto alla fine del trattamento.


MP6new



COLORAZIONE DEI CAVI DI COLLEGAMENTO

CANALE	COLORE
1	VERDE
2	AZZURRO
3	VIOLO
4	ROSA
5	ARANCIO
6	GIALLO

Nell'esempio sottoriportato viene evidenziata una configurazione di collegamento complessa, allo scopo di mettere in evidenza la disposizione degli elettrodi sul corpo. La dicitura "R" significa connessione rossa, mentre la dicitura "N" significa connessione nera. Non è sempre necessario tenere in considerazione il colore dei cavi. Nei programmi dove vengono utilizzati tutti e 12 gli elettrodi per trattare un'unica parte (come ad es. i programmi per l'addome, oppure i programmi per i glutei) consigliamo di disporli come da figura per permettere alla macchina di lavorare in modo più coordinato.



i Informazioni

Nel caso in cui gli elettrodi di un canale vengano a contatto generando un cortocircuito, si avrà il blocco del canale relativo e si spegnerà il led del canale interessato. Provvedere immediatamente all'eliminazione del cortocircuito separando gli elettrodi che sono venuti in contatto. L'elettrostimolatore riattiverà il canale. Regolare l'intensità del canale utilizzando il tasto ▲ (freccia in alto 6) per aumentare l'intensità, ▼ (freccia in basso 9) per diminuirla. In caso di malfunzionamento o cortocircuito l'elettronica dell'elettrostimolatore non subirà danni grazie ai dispositivi automatici di protezione integrati.

FINE TRATTAMENTO

A fine trattamento:

- disconnettere i cavi di collegamento dagli elettrodi;
- togliere gli elettrodi adesivi e riposizionarli sulle apposite pellicole (nel caso in cui si stia effettuando il trattamento con fasce ed elettrodi in pelle di daino, sfilare gli elettrodi dalle fasce, togliere le fasce e fare asciugare gli elettrodi senza sovrapporli);
- raccogliere in modo ordinato i cavi;
- spegnere l'interruttore generale posizionandolo su "zero" (se l'apparecchio rimane acceso, il suo funzionamento non viene compromesso).

! Attenzione

A fine trattamento riporre l'elettrostimolatore **MiaPharma MP6new** in un luogo sicuro lontano dalla portata dei bambini.

Manutenzione

i Informazioni

Per la manutenzione devono essere utilizzati esclusivamente prodotti e ricambi originali. L'utilizzo improprio di prodotti e ricambi non originali è causa di decadimento della garanzia. Le informazioni fornite in questo capitolo sono fornite allo scopo di consentire all'utilizzatore di ottenere le migliori prestazioni dall'elettrostimolatore **MiaPharma MP6new** nelle migliori condizioni di sicurezza.

- non effettuare mai alcuna operazione con le mani umide o bagnate;
- non immergere l'apparecchio in acqua per la pulizia, utilizzare un panno imbevuto di detergente neutro non abrasivo;
- in caso di comportamento anomalo o di malfunzionamento, interrompere il trattamento e spegnere l'apparecchio. Rivolgersi al Centro Assistenza Autorizzato per qualsiasi tipo di intervento o controllo;
- non cercare di aprire o di riparare l'apparecchio. Rivolgersi al Centro Assistenza Autorizzato per qualsiasi tipo di intervento o controllo.

- M - Mensile;
- Q - Quindicinale;
- S.N. - Secondo necessità;
- 2A - biennale.

La manutenzione biennale dell'elettrostimolatore **MiaPharma MP6new** deve essere effettuata esclusivamente da **N&T System S.r.l.**

[illegible]

MP6new



Quesiti

• Come faccio a capire che la macchina sta lavorando?

L'**MP6new** per agire bene non ha bisogno di essere utilizzato ad alta intensità. Ogni corpo ha la propria sensibilità e quando sentirete una leggera contrazione interna il vostro corpo sta già lavorando.

• Come individuare l'intensità giusta?

La sensazione deve essere gradevole e non si deve avvertire nessun dolore. Nel caso in cui avvertiate un leggero bruciore in una parte del corpo, spostate leggermente l'elettrodo o abbassate l'intensità di quell'elettrodo.

• Come e quante sedute effettuare?

Con **MP6new** non avrete più il problema del costo delle sedute, quindi usatelo fino a quando non otterrete il risultato desiderato.

• In quante sedute raggiungeremo dei risultati soddisfacenti?

In solo 20/30 sedute di un determinato trattamento, es.: pelle a buccia d'arancia, potrete constatare un netto miglioramento.

• Quante volte la settimana dobbiamo usare il MP6new?

L'**MP6new** può essere utilizzato giornalmente, ma vi consigliamo di effettuare lo stesso trattamento 3 volte la settimana, un giorno sì ed un giorno no. Es.: Lunedì, Mercoledì, Venerdì potrete effettuare il trattamento dimagrante. Martedì, Giovedì, Sabato potrete effettuare il trattamento rassodante.

• Se il nostro problema è la pelle a buccia d'arancia, come facciamo ad individuare quale trattamento scegliere?

Trattamento n°1 "pelle a buccia d'arancia flaccida" quando questa è poco evidente e il tessuto è flaccido con ritenzione idrica.

Trattamento n°2 "pelle a buccia d'arancia compatta" quando questa è compatta e densa.

Trattamento n°3 "pelle a buccia d'arancia edematosa" quando questa è compatta, molto evidente e dolorosa.

Comunque qualsiasi trattamento effettuerete con **MP6new** e qualunque sia il vostro tipo d'inetestismo causato dalla pelle a buccia d'arancia, esso migliorerà notevolmente in ogni caso.

• Abbiamo notato che ci sono più programmi di rassodamento: quale scegliere?

Sì, è vero. L' **MP6new** ha 2 programmi tonificazione seno, e più programmi tonificazione glutei, ect. Questo perché l'**MP6new**, essendo una macchina completa, vi mette a disposizione più programmi per la tonificazione. Quindi, noi vi consigliamo, per ottenere il massimo del rassodamento, di effettuare nella zona dove si desidera intervenire 2 trattamenti di un programma e 2 trattamenti dell' altro programma nell' arco della stessa settimana.

ES: "Volete tonificare il seno?" Effettuate a giorni alterni il trattamento n°4 e il trattamento n°13.

• Se non mettiamo gli elettrodi come da figura, cosa succede?

Absolutamente nulla l'**MP6new** agirà in ogni caso. Noi vi abbiamo dato una traccia di come posizionare gli elettrodi. La posizione dell' elettrodo rosso può essere cambiata con quello nero; ma per ottenere il massimo risultato da questa macchina noi vi consigliamo di attenervi scrupolosamente al punto n°1 e 2 sotto indicati.

Le uniche due regole da osservare per avere un risultato maggiore sono:

1. Per il dimagrimento, la pelle a buccia d'arancia ed il linfodrenaggio la coppia di elettrodi deve essere posizionata come da figura.


2. Per la tonificazione la coppia di elettrodi deve essere posizionati uno sopra e l'altro sotto vedi es. programma 8. Gli elettrodi devono essere posizionati come nelle figure, il rosso può essere invertito con il nero.

NOTA BENE: I RISULTATI DIPENDONO DALLA VOSTRA COSTANZA.

È necessario infatti per esaltare i risultati di questa macchina effettuare dai 2 ai 3 trattamenti per settimana dello stesso programma. È importante inoltre adottare un regime alimentare ipocalorico controllato.

UTILIZZO DEL TELECOMANDO

Selezionare il programma desiderato premendo il tasto **7 +** oppure **7 -**. Premere il tasto **"START" 2** per dare inizio al trattamento. Nel display **1** dell'elettrostimolatore comparirà la descrizione breve del programma prescelto e, contemporaneamente, nel pannello **"CHANNELS" 3** dell'elettrostimolatore si accenderanno gli indicatori led relativi ai canali attivati a seconda del programma prescelto. Nel pannello **4** a fianco si accenderanno gli indicatori led relativi alla corretta connessione degli elettrodi. Regolare l'intensità dei canali predisposti utilizzando, per ogni canale, i tasti **6 +** per aumentare l'intensità, oppure **9 -** per diminuirla. Nel display led a barre **5** dell'elettrostimolatore verrà segnalata l'intensità prescelta. Il display **1** dell'elettrostimolatore indicherà **"START"** ed il tempo rimasto alla fine del trattamento. In caso si voglia sospendere il trattamento premere il tasto **"START" 2**, il display **1** dell'elettrostimolatore indicherà **"PAUSA"** ed il tempo rimasto alla fine del trattamento.



⚠ **Attenzione**

Eliminare le batterie esaurite come indicato dal fabbricante. Prestare attenzione quando si maneggiano le batterie, se non sono utilizzate correttamente possono essere all'origine di esplosioni o perdite, causare ustioni o lesioni. Le batterie non devono essere aperte, rotte, incendiate, esposte a fonti di calore, immerse in acqua, installate in modo inadeguato o ricaricate. Materiali conduttivi come anelli, braccialetti e chiavi possono mettere in corto circuito le batterie causando perdite, surriscaldamento o esplosioni.

i **Informazioni**

Se il telecomando rimane inutilizzato per un periodo prolungato, rimuovere le batterie e conservarle in un luogo secco a temperatura ambiente.

SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE

Il telecomando utilizza due batterie "AAA" fornite da **N&T System S.r.l.** Rimuovere il coperchio dell'alloggiamento delle batterie posto nella parte inferiore del telecomando. Per aprire il coperchio, premere la linguetta situata sul coperchio. Rimuovere il coperchio. Estrarre le batterie "AAA" e sostituirle.

Utilizzare batterie di grandezza "AAA", 1,5 V alcaline. L'illustrazione nell'alloggiamento delle batterie mostra la corretta installazione. Dopo avere installato le batterie, rimontare il coperchio con attenzione.



MP6new



MODALITA' D'USO DEGLI ACCESSORI OPZIONALI



FASCE CONDUTTIVE IN PELLE DI DAINO

Costruite in materiale conduttivo e pelle di daino da bagnare, strizzare e bloccare sulla parte in velcro. Sono particolarmente comode per trattamenti estetici estesi, come ad esempio su cosce, pancia, fianchi, glutei.

Fornibili a coppie nelle misure: 60cm / 80cm / 140cm.



IRD Infrared Device SISTEMA AD INFRAROSSI

Il sistema ad infrarossi consiste in una centralina collegabile a **MP6new** sulla quale si possono collegare fino ad 8 diffusori.

Si ottiene così un doppio trattamento, di elettrostimolazione e di energia termica che provocando un aumento di temperatura, attiva la circolazione sanguigna e il metabolismo cellulare.



Normative di riferimento

L'elettrostimolatore MiaPharma MP6new è realizzato in conformità alle seguenti normative:

- Direttiva 93/42/CEE, del 14 giugno 1993, relativa ai dispositivi medici, recepita con D.lgs. 24/02/97 n. 46 e sue successive modificazioni.
- UNI EN ISO 14971
- UNI CEI EN ISO 13485
- UNI EN ISO 9001
- CEI EN 55011
- CEI EN 60601-1
- CEI EN 60601-1-2
- CEI EN 60601-1-4
- CEI EN 60601-1-4/A1
- CEI EN 60601-2-10
- CEI EN 60601-2-10/A1
- CEI EN 61000-3-2
- CEI EN 61000-3-2/A14
- CEI EN 61000-3-3
- CEI EN 61000-4-2
- CEI EN 61000-4-2/A1
- CEI EN 61000-4-3
- CEI EN 61000-4-3/A1
- CEI EN 61000-4-3/A2
- CEI EN 61000-4-4
- CEI EN 61000-4-5

Dichiarazione di conformità

La Società **N&T System S.r.l.**, con sede legale a San Clemente (RN), Via Beccaria 54, dichiara che il dispositivo medico denominato "**MP6new**", nelle sue applicazioni come dispositivo medico (secondo la destinazione d'uso, le indicazioni e le controindicazioni), classe di rischio IIb in accordo alla regola 9 dell'allegato IX della Direttiva 93/42/CEE (recepto in Italia con Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni),

- è conforme ai requisiti essenziali ed alle disposizioni della Direttiva 93/42/CEE;
- è fabbricato in accordo al Sistema Qualità che soddisfa i requisiti di cui all'Allegato V del sopra citato Decreto Legislativo, come da Certificato rilasciato dal Cermet - Ente Notificato 0476.

Il legale Rappresentante



MP6new - Programma estetica


Informazioni

Per l'utilizzo dell'elettrostimolatore MiaPharma MP6new nell'estetica, è consigliabile per i programmi estetici effettuare i trattamenti anche giornalmente (non più di una volta al giorno sulla stessa zona del corpo).


MP6new

**DONNA**


AZIONE	PROG.
Dimagrimento-rassodamento corpo	066
Dimagrimento - rassodamento pancia vita e fianchi	062
Dimagrimento intensivo corpo	038
Dimagrimento intensivo pancia vita e fianchi	034
Rassodamento intensivo corpo	052
Rassodamento intensivo pancia vita e fianchi	048
Tonificazione corpo	011
Tonificazione addominali profonda	015
Tonificazione intensa corpo	021

**DONNA - UOMO**


AZIONE	PROG.
Dimagrimento - rassodamento pancia	068
Dimagrimento intensivo pancia	040
Rassodamento intensivo pancia	054
Tonificazione addome	005
Tonificazione addominali dopo parto	016

**UOMO**

AZIONE	PROG.
Dimagrimento-rassodamento corpo	074
Dimagrimento - rassodamento pancia e fianchi	070
Dimagrimento intensivo corpo	046
Dimagrimento intensivo pancia e fianchi	042
Potenziamento corpo	032
Rassodamento intensivo corpo	060
Rassodamento intensivo pancia e fianchi	056
Tonificazione addominali profonda	025
Tonificazione intensa corpo	011


**DONNA - UOMO**

AZIONE	PROG.
Dimagrimento - rassodamento glutei donna	065
Dimagrimento - rassodamento glutei uomo	073
Dimagrimento intensivo glutei donna	037
Dimagrimento intensivo glutei uomo	045
Modellamento glutei	014
Rassodamento intensivo glutei donna	051
Rassodamento intensivo glutei uomo	059
Tonificazione glutei donna	008
Tonificazione glutei uomo	027




DONNA - UOMO

AZIONE	PROG.
Dimagrimento - rassodamento braccia donna	061
Dimagrimento - rassodamento braccia uomo	067
Dimagrimento intensivo braccia donna	033
Dimagrimento intensivo braccia uomo	039
Rassodamento intensivo braccia donna	047
Rassodamento intensivo braccia uomo	053
Tonificazione braccia donna	019
Tonificazione braccia uomo	006




DONNA

AZIONE	PROG.
Dimagrimento - rassodamento polpaccio	064
Dimagrimento intensivo polpaccio	036
Rassodamento intensivo polpaccio	050




DONNA - UOMO

AZIONE	PROG.
Dimagrimento - rassodamento interno esterno cosce	063
Dimagrimento intensivo interno esterno cosce	035
Rassodamento intensivo interno esterno cosce	049
Tonificazione interno esterno cosce	018




DONNA - UOMO

AZIONE	PROG.
Lifting viso	003



DONNA - UOMO

AZIONE	PROG.
Linfodrenaggio medio	001
Linfodrenaggio profondo	002




i Informazioni

I trattamenti per il linfodrenaggio possono essere fatti in qualsiasi zona del corpo posizionando gli elettrodi a seconda delle necessità (ci si attiene alle fotografie del manuale relative alla zona su cui si vuole lavorare).

MP6new


DONNA

AZIONE	PROG.
Modellamento seno	013
Tonificazione seno	004



DONNA - UOMO

AZIONE	PROG.
Pelle a buccia d'arancia media	078
Pelle a buccia d'arancia compatta media	076
Pelle a buccia d'arancia edematosa media	077
Pelle a buccia d'arancia flaccida media	075
Pelle a buccia d'arancia profonda	082
Pelle a buccia d'arancia compatta profonda	080
Pelle a buccia d'arancia edematosa profonda	081
Pelle a buccia d'arancia flaccida profonda	079




Informazioni

I trattamenti per la cellulite possono essere fatti in qualsiasi zona del corpo posizionando gli elettrodi a seconda delle necessità (ci si attiene alle fotografie del manuale relative alla zona su cui si vuole lavorare). I numeri dei programmi sono i medesimi.


UOMO

AZIONE	PROG.
Potenziamento avanbraccio	029




UOMO

AZIONE	PROG.
Potenziamento bicipite	028




UOMO

AZIONE	PROG.
Dimagrimento - rassodamento polpaccio	072
Dimagrimento intensivo polpaccio	044
Potenziamento polpaccio	030




UOMO

AZIONE	PROG.
Dimagrimento - rassodamento coscia	071
Dimagrimento intensivo coscia	043
Potenziamento quadricipiti	031
Rassodamento intensivo coscia	057
Rassodamento intensivo quadricipiti	058




UOMO

AZIONE	PROG.
Dimagrimento - rassodamento fianchi	069
Dimagrimento intensivo fianchi	041
Rassodamento intensivo fianchi	055




DONNA - UOMO

AZIONE	PROG.
Tonificazione esterno cosce	010




DONNA - UOMO

AZIONE	PROG.
Tonificazione interno cosce	009




DONNA

AZIONE	PROG.
Tonificazione lombari	017



DONNA - UOMO


AZIONE	PROG.
Tonificazione spalle	007
Tonificazione spalle donna	020



MP6new

UOMO

AZIONE	PROG.
Tonificazione dorsali	024




UOMO

AZIONE	PROG.
Tonificazione lombari	026




UOMO

AZIONE	PROG.
Tonificazione pettorali	023



UOMO

AZIONE	PROG.
Tonificazione viso	022
Trattamento intensivo viso	012





MP6new - Programma sportivo

Note applicative per l'utilizzo dell'elettrostimolatore **MiaPharma MP6new** nello sport.

Riscaldamento

AZIONE Lo stimolo elettrico dato dall'elettrostimolatore prepara il distretto muscolare interessato allo sforzo dell'allenamento grazie ad un maggior afflusso di sangue nella zona circoscritta, ciò impedisce eventuali ed inopportune patologie a carico del muscolo interessato.

N.B.: l'elettrostimolazione prepara solamente il muscolo interessato, e non tutela gli altri da eventuali strappi se non adeguatamente riscaldati.

QUANDO Questo tipo di programma va utilizzato prima di ciascun programma riportato di seguito, inoltre la sua azione è importante anche prima di una gara o di un allenamento molto impegnativo.

Forza

AZIONE Lo stimolo elettrico agisce principalmente sulle fibre muscolari pallide capaci di sviluppare notevoli quantitativi di forza. E' un parametro di fondamentale importanza per tutte le discipline sportive.

QUANDO A seconda dello sport praticato, questa capacità motoria sarà allenata più o meno intensamente.

Le metodiche attuali di preparazione atletica associano l'elettrostimolazione al normale allenamento con i pesi prima o dopo la palestra (pre e post affaticamento).

2/3 volte alla settimana sono più che sufficienti per qualsiasi livello di preparazione.

Forza esplosiva

AZIONE E' la capacità che maggiormente si sviluppa con l'utilizzo dell'elettrostimolatore, perché quest'ultima è in grado di reclutare tutte le fibre muscolari anche a bassi carichi di lavoro.

Gli sport interessati allo sviluppo di questa capacità sono: calcio, pallavolo, pallacanestro, sollevamento pesi, ciclismo su pista, ecc.

QUANDO I tempi ed i metodi sono simili a quelli utilizzati per la forza.

Forza resistente

AZIONE Si parla di forza resistente quando un impegno muscolare gravoso deve essere protratto per molto tempo.

Gli sport maggiormente coinvolti sono: ciclismo, sci di fondo, triathlon, ecc.

QUANDO L'utilizzo dell'elettrostimolazione deve precedere il giorno di allenamento a moderata intensità o durante il giorno di riposo dagli allenamenti.

Resistenza aerobica

AZIONE Questo programma permette con un utilizzo costante di aumentare il numero di capillari che circondano la fibra muscolare (capillarizzazione); è fondamentale per tutti gli sport di resistenza dove non è necessario un notevole impegno di forza muscolare: podismo, nuoto, ciclismo (unito al precedente) ecc.

QUANDO Durante tutte le giornate di riposo dagli allenamenti o anche dopo allenamenti poco intensi.

N.B.: tutte le metodiche allenanti scritte sono da intendersi solo sui muscoli coinvolti principalmente nello sport praticato.

Suggerimenti di preparazione atletica

L'elettrostimolazione dà maggior profitto se abbinata all'allenamento classico con i pesi, soprattutto nei programmi di forza dove numerosi studi confermano la tesi.

La capacità dell'elettrostimolatore di reclutare sempre un numero elevatissimo di fibre muscolari anche a bassa intensità e senza alcun carico articolare lo pone in testa fra le metodiche di rieducazione post infortunio.

Palestra

L'attività sportiva di un body-builder o di un semplice appassionato di pesistica pone l'elettrostimolazione ai massimi livelli fra tutti i metodi d'allenamento, perché avendo la possibilità di lavorare su piccole porzioni di muscolo e la possibilità di "stancarle" in maniera approfondita permette di definire in maniera esclusiva certi punti del proprio corpo.

Calcio, pallavolo, pallamano, tennis, sci, basket

Gli sport di squadra si prestano molto all'utilizzo dell'elettrostimolazione: sia abbinata alla palestra sia da sola.

Lo stesso muscolo allenato in palestra può essere allenato in precedenza o in successione con l'elettrostimolazione così da accrescere i benefici dell'allenamento.

Ciclismo, corsa, sci di fondo, nuoto

Il ciclismo fra tutti gli sport sopra citati è quello che trae maggior beneficio dall'elettrostimolazione; non a caso è utilizzato da numerosi atleti professionisti durante tutta la stagione agonistica.

Nel caso di questi sport al contrario di quelli di squadra l'elettrostimolazione deve essere usata a parte dall'allenamento per non stancare eccessivamente il muscolo coinvolto nel gesto atletico.

Per ottenere il massimo risultato è necessario utilizzare i due programmi di forza resistente e resistenza aerobica uno dietro all'altro durante le giornate di riposo dai classici allenamenti.

Informazioni


È consigliabile per i programmi sportivi effettuare i trattamenti a giorni alterni.

GRUPPO MUSCOLARE

SPORT


AZIONE

Addominale






	Riscaldamento	Forza	Forza con recupero	Forza esplosiva	Forza esplosiva con recupero	Forza resistente	Forza resistente con recupero	Resistenza aerobica	Resistenza aerobica con recupero
PROGRAMMA									
Body Building	131	155	205	96	174	134	192	88	168
Canottaggio	131	155	205	96	174	134	192	88	168
Giavellotto	131	155	205	96	174	134	192	88	168
Judo	131	156	205	96	174	135	192	88	168
Nuoto	131	155	205	96	174	134	192	88	168
Salto con l'asta	131	91	205	108	181	150	192	88	168
Salto in lungo	131	156	205	96	174	134	192	88	168

Deltoide



	Riscaldamento	Forza	Forza con recupero	Forza esplosiva	Forza esplosiva con recupero	Forza resistente	Forza resistente con recupero	Resistenza aerobica	Resistenza aerobica con recupero
PROGRAMMA									
Body Building	131	155	205	96	174	134	192	86	168
Boxe	131	164	211	101	177	143	197	115	187
Basket	129	155	205	96	174	134	192	86	168
Lancio del disco	131	93	171	108	181	152	202	124	189
Lancio del peso	131	90	170	106	180	149	201	125	189
Sollevamento pesi	130	164	211	101	177	143	197	119	187

GRUPPO MUSCOLARE	SPORT	AZIONE								
		Riscaldamento	Forza	Forza con recupero	Forza esplosiva	Forza esplosiva con recupero	Forza resistente	Forza resistente con recupero	Resistenza aerobica	Resistenza aerobica con recupero
Gluteo 	PROGRAMMA									
	Body Building	131	155	205	96	174	135	192	88	168
	Canottaggio	126	154	204	94	173	133	191	88	168
	Ciclismo	131	153	203	94	172	132	190	88	168
	Corsa ad ostacoli	129	153	203	94	172	132	190	88	168
	Nuoto	126	158	206	100	176	137	193	112	182
	Podismo	129	153	203	94	172	132	190	88	168
	Salto in alto	129	89	169	105	179	148	200	123	189
	Salto in lungo	126	89	169	105	179	148	200	121	189
	Sci alpino	130	164	211	101	177	143	197	115	187
Sollevamento pesi	130	163	210	100	176	142	196	88	186	
Gran dorsale 	PROGRAMMA									
	Body Building	131	155	205	96	174	134	192	88	168
	Giavellotto	130	91	171	107	181	150	202	121	189
	Judo	130	165	212	102	178	144	198	120	188
	Nuoto	131	159	208	103	178	139	195	114	184
	Pallavolo	131	158	207	101	177	138	194	113	183
	Scalata	131	154	204	94	173	133	191	88	168
	Tennis	131	93	171	108	181	150	202	125	189

GRUPPO MUSCOLARE	SPORT	AZIONE								
		Riscaldamento	Forza	Forza con recupero	Forza esplosiva	Forza esplosiva con recupero	Forza resistente	Forza resistente con recupero	Resistenza aerobica	Resistenza aerobica con recupero
Gran pettorale 	PROGRAMMA									
	Body Building	131	155	205	96	174	134	192	88	168
	Giavellotto	131	90	170	106	180	149	201	121	189
	Lancio del disco	130	90	170	106	180	149	201	122	189
	Nuoto	130	158	208	101	178	138	195	113	184
	Pallamano	131	160	208	102	178	140	195	111	184
	Pallavolo	130	158	207	101	177	138	194	113	183
	Tennis	131	155	170	106	180	149	201	122	189


Muscoli gamba		PROGRAMMA								
	Body Building	131	155	205	96	174	134	192	88	168
	Pallavolo	127	158	206	100	176	137	193	112	182

GRUPPO MUSCOLARE


SPORT


AZIONE

Muscoli coscia
(quadricipiti)




	Riscaldamento	Forza	Forza con recupero	Forza esplosiva	Forza esplosiva con recupero	Forza resistente	Forza resistente con recupero	Resistenza aerobica	Resistenza aerobica con recupero
PROGRAMMA									
Body Building	131	156	205	96	174	135	192	88	168
Calcio	130	161	208	103	178	141	195	114	184
Canottaggio	130	154	204	94	173	133	191	88	168
Ciclismo	131	155	205	97	174	134	192	88	168
Basket	131	154	204	94	173	133	192	88	168
Hockey su ghiaccio	130	159	208	102	178	139	195	110	184
Hockey su prato	130	160	208	102	178	140	195	110	184
Pallavolo	131	159	208	102	178	139	195	110	184
Podismo	130	154	204	94	173	133	191	88	168
Rugby	131	161	208	102	178	141	195	114	184
Salto in alto	131	92	171	109	181	151	202	124	189
Salto in lungo	131	92	171	109	181	152	202	123	189
Sci alpino	131	166	212	104	178	145	198	120	188
Sci di fondo	130	165	212	104	178	144	198	120	188
Sollevamento pesi	131	167	212	102	178	144	198	120	188

GRUPPO MUSCOLARE	SPORT	AZIONE								
		Riscaldamento	Forza	Forza con recupero	Forza esplosiva	Forza esplosiva con recupero	Forza resistente	Forza resistente con recupero	Resistenza aerobica	Resistenza aerobica con recupero
		PROGRAMMA								
 Tricipite surale	Body Building	131	155	205	96	174	134	192	84	168
	Ciclismo	130	154	204	94	173	133	191	84	168
	Basket	131	156	205	96	174	134	192	84	168
	Pallavolo	130	158	207	101	177	138	194	113	183
	Podismo	131	155	205	97	174	134	192	84	168
	Salto in alto	130	90	170	106	180	149	201	125	189
	Salto in lungo	131	90	170	106	180	149	201	122	189



Bicipite

PROGRAMMA									
Boxe	131	167	212	103	178	144	198	120	188
Canottaggio	131	155	205	97	174	134	192	88	168
Scalata	130	155	205	96	174	135	192	88	168
Basket	131	166	212	103	178	144	198	116	188



MP6new

GRUPPO MUSCOLARE	SPORT	AZIONE							
		Riscaldamento	Forza	Forza con recupero	Forza esplosiva	Forza esplosiva con recupero	Forza resistente	Forza resistente con recupero	Resistenza aerobica

Tricipite



PROGRAMMA									
Boxe	131	163	210	100	176	142	196	118	186
Lancio del peso	131	91	171	107	181	151	202	125	189
Basket	131	164	211	101	177	143	197	119	187


Paravertebrali e trapezio



PROGRAMMA									
Canottaggio	130	153	203	94	172	132	190	85	168

GRUPPO MUSCOLARE	SPORT	AZIONE							
		Riscaldamento	Forza	Forza con recupero	Forza esplosiva	Forza esplosiva con recupero	Forza resistente	Forza resistente con recupero	Resistenza aerobica

Flessore della mano



PROGRAMMA

Canottaggio	129	153	203	94	172	132	190	85	168
Golf	129	154	204	94	173	133	191	85	168
Scalata	127	153	203	94	172	132	190	85	168
Sollevamento pesi	129	162	209	99	175	147	199	117	185


Lombare



PROGRAMMA

Canottaggio	131	156	205	96	174	134	192	88	168
Salto con l'asta	131	155	171	96	174	134	202	121	189
Basket	131	165	212	104	178	146	198	120	188

GRUPPO MUSCOLARE	SPORT	AZIONE							
		Riscaldamento	Forza	Forza con recupero	Forza esplosiva	Forza esplosiva con recupero	Forza resistente	Forza resistente con recupero	Resistenza aerobica
Estensore della mano	Golf	PROGRAMMA							
		127	153	203	94	172	132	190	85
		Riscaldamento	Forza	Forza esplosiva	Forza resistente	Resistenza aerobica	Recupero		
Generale	Universale	PROGRAMMA							
		128	157	98	136	87	83		



Informazioni

Questi sono programmi muscolari universali. Applicare gli elettrodi sulla fascia muscolare interessata seguendo gli schemi riportati nelle fotografie precedenti, posizionandoli in modo che non si tocchino.



MP6new - Programma Massaggio e Relax

Note applicative per l'utilizzo dell'elettrostimolatore
MiaPharma MP6new per Massaggi e Relax.

Massaggio

AZIONE Lo stimolo elettrico dato dall'elettrostimolatore, esegue sul corpo, un massaggio che lenisce dolori muscolari o articolari. La sua azione tende a tonificare e sciogliere alcuni tessuti, ma anche a preservare e migliorare il benessere psicofisico, allenando le tensioni e le fatiche quotidiane.

QUANDO È indicato in tutti quei casi di dolori dovuti a sforzi fisici o posture tenute durante la giornata lavorativa, causate da un lavoro sedentario, provocando dolori e indolenzimenti, muscolari o articolari.

Defaticamento

AZIONE Consente un migliore rilassamento muscolare, con migliorata eliminazione dell'indolenzimento e prevenzione delle contratture. All'effetto defaticante è aggiunta un'azione antidolorifica, al fine di migliorare la fase di recupero muscolare naturale.

QUANDO Serve principalmente a ridurre o ad eliminare gli accumuli di acido lattico, formatisi nei muscoli durante e dopo gli sforzi fisici molto prolungati. Nei casi di dolori muscolari è utile per alzare la soglia del dolore.

Rilassamento

AZIONE Anche in questo caso lo stimolo elettrico ci viene in aiuto con un vero e proprio programma rilassante per contrastare lo stress quotidiano, procurando una sensazione di benessere in tutte le parti del corpo, scaricando la tensione accumulata durante la giornata.

QUANDO Attraverso questo programma, si può contrastare lo stress quotidiano, inducendoci a momenti di profondo e piacevole rilassamento, consentendo di recuperare energie, distendendo le fasce muscolari su cui viene applicato.

Capillarizzazione


AZIONE Principalmente ha la funzione di ossigenare la muscolatura, favorendo l'afflusso di sostanze nutritive, aumentando così il flusso sanguigno nella zona trattata. La capillarizzazione permette quindi di disporre al momento dello sforzo, di un maggiore tasso d'ossigeno e flusso sanguigno, nonché ridurre la produzione di acido lattico, sviluppando il numero dei capillari attorno alle fibre, rendendole più resistenti all'affaticamento.

QUANDO Come coadiuvante nel miglioramento delle attività fisiche prolungate (attività aerobiche), nell'integrazione di programmi estetici, nella preparazione agli sforzi fisici (attività sportive). Si raccomanda l'uso di tale programma, prima della ripresa di un'attività fisica, specialmente dopo una lunga pausa (lavori manuali pesanti che richiedono considerevoli sforzi fisici). Consigliato anche per chi soffre di dolori articolari e tendiniti e per tutte quelle persone che facendo lavori di fatica fisica, vogliono migliorare la potenza muscolare e vogliono ottimizzare la qualità di contrazione del muscolo.

MP6new

ARTI SUPERIORI

AZIONE	PROG.
Massaggio Arti superiori Muscoli tricipiti e bicipiti	086
Defaticamento Arti superiori Muscoli tricipiti e bicipiti	127
Rilassamento Arti superiori Muscoli tricipiti e bicipiti	121





LOMBARE E DORSO

AZIONE	PROG.
Massaggio Lombare/Dorso Muscoli dorsali e lombari	085
Defaticamento Lombare/Dorso Muscoli dorsali e lombari	126
Rilassamento Lombare/Dorso Muscoli dorsali e lombari	087






ARTI INFERIORI

AZIONE	PROG.
Massaggio Arti inferiori Muscoli cosce e polpacci	088
Defaticamento Arti inferiori Muscoli cosce e polpacci	128
Rilassamento Arti inferiori Muscoli cosce e polpacci	110



UNIVERSALE

AZIONE	PROG.
Capillarizzazione	131



Coadiuvante nel trattamento del
nervosismo e dello stress

238






MP6new - Altri programmi


MP6new




AZIONE	PROG.
Coadiuvante nel trattamento di depressione e ansia	236




AZIONE	PROG.
Coadiuvante nel trattamento per la dissuefazione dall'alcool	240
Coadiuvante nel trattamento antifumo	241



AZIONE	PROG.
Coadiuvante nel trattamento dell'insonnia	237



AZIONE	PROG.
Coadiuvante nel trattamento della stitichezza	239



L'apparecchio necessita di particolari precauzioni riguardanti la Compatibilità Elettromagnetica e deve essere messo in servizio in conformità con le informazioni contenute nelle seguenti tabelle. Gli apparecchi di radiocomunicazione portatili e mobili possono influenzare il funzionamento dell'apparecchio.

DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE

L'elettrostimolatore MP6new è previsto per funzionare nell'ambiente elettromagnetico sotto specificato: Il cliente o l'utilizzatore dell'elettrostimolatore MP6new deve garantire che esso viene usato in tale ambiente.

Prova di emissione	Conformità		Ambiente elettromagnetico - guida
Emissioni RF CISPR11	Gruppo 1 Classe A		L'elettrostimolatore MP6new utilizza energia RF solo per il suo funzionamento interno. Perciò le sue emissioni RF sono molto basse e verosimilmente non causano nessuna interferenza negli apparecchi elettronici vicini.
Emissioni armoniche IEC 61000-3-2	Classe B		
Emissioni di fluttuazioni IEC 61000-3-3	Conforme		
Prova di immunità	Livello di prova IEC 60601	Livello di conformità	Gli apparecchi di comunicazione RF portatili e mobili non dovrebbero essere usati vicino a nessuna parte dell'elettrostimolatore MP6new, compresi i cavi, eccetto quando rispettano le distanze di separazione raccomandate calcolate dall'equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore. Distanze di separazione raccomandate
RF condotta IEC 61000-4-6	3 Veff da 150 kHz a 80 Mhz fuori dalle bande ISM	3 Veff	d=1,16
RF irradiata IEC 61000-4-3	3 V/m da 80 MHz a 2,5 GHz	3 V/m	d=3,00 √ d=2,33 √
			Ove P è la potenza massima nominale di uscita del trasmettitore in Watt (W) secondo il costruttore del trasmettitore e d la distanza di separazione raccomandata in metri (m). L'intensità di campo prodotta dai trasmettitori a RF fissi, come determinata in un'indagine elettromagnetica sul sito potrebbe essere minore del livello di conformità di ciascun intervallo di frequenza. Si può verificare interferenza in prossimità di apparecchi contrassegnati dal seguente simbolo: 

DISTANZE DI SEPARAZIONE TRA APPARECCHI DI RADIOCOMUNICAZIONE PORTATILI E MOBILI E L'ELETTROSTIMOLATORE MP6NEW

L'elettrostimolatore MP6new è previsto per funzionare in un ambiente elettromagnetico in cui sono sotto controllo i disturbi irradiati RF. Il cliente o l'operatore dell'elettrostimolatore MP6 New possono contribuire a prevenire interferenze elettromagnetiche assicurando una distanza minima fra gli apparecchi di comunicazione mobili e portatili a RF (trasmettitori) e l'elettrostimolatore MP6new, sotto raccomandato, in relazione alla potenza di uscita massima degli apparecchi a radiocomunicazione.


Potenza in uscita nominale massima del trasmettitore W	Distanza di separazione in base alla frequenza del trasmettitore m		
	da 150 kHz a 80 MHz al di fuori delle bande ISM $d=1,16\sqrt{}$	da 80 MHz a 800 MHz $d=3,00\sqrt{}$	da 800 MHz a 2,5 GHz $d=2,33\sqrt{}$
0,01	0,11	0,30	0,23
0,1	0,36	1,08	0,73
1	1,16	3,00	2,33
10	3,60	9,48	17,15
100	11,60	30,00	23,30

Per i trasmettitori con potenza nominale massima di uscita sopra non riportata, la distanza di separazione raccomandata d in metri (m) può essere calcolata usando l'equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore, ove P è la potenza nominale di uscita del trasmettitore in Watt (W) secondo il costruttore del trasmettitore.

NOTE

[illegible]

NOTE





Stampato in Italia